



## MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: [licitacao@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000

000248

### EDITAL DE RESULTADO

A pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI, designada pela Portaria nº 30064/2021, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - Processo nº 68/2022

Objeto: Aquisição de Equipamento de Ultrassom para a Secretaria de Saúde

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	1	1	APARELHO DE ULTRASSOM TIPO I Aparelho de ultrassom Tipo I  ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA GERAL, OBSTETRÍCIA, E CARDIOLOGIA equipamento ecógrafo eletrônico, com plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows, interface para usuário em português/ inglês, capacidade de atualização do software independente de troca/atualização de hardware, conectividade DICOM 3.0, PC, USB, WIFI;  –Disco rígido de mínimo de 1 Terabyte, faixa dinâmica de mínimo 280dB, capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG;  –Capacidade para aquisição de imagens estendidas/ panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, músculo - esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia);  –Protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets para medidas gerais (distância, ângulo, volume...);  –Aquisição de imagem em tempo real (mínimo de 1500 frames/seg.);  –Disponer de transdutores, com doppler em todos, com no mínimo 04 portas ativas para simultâneas para transdutores as faixas de frequência podem variar 1MHz tanto na mínima quanto na máxima para menor, podendo ser faixa maior, console com rodízios independentes, com travas em todos os rodízios, e no mínimo regulagem de altura do console de comandos, tela de matriz ativa para ajuste dos parâmetros de no mínimo 10";  –Monitor de LCD ou LED com no mínimo de 21" com braço para ajuste de angulação e altura, definição de no mínimo 1024 x 768 com pelo menos 256 tons de cinza;  –Equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, Doppler/B, triplex simultâneo, dual, cine-loop Power Doppler e Power Doppler direcional e track- ball para manuseio de comandos na tela;  –Software integrado ao equipamento, de alta velocidade		1,00	107.999,00



## MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: [licitacao@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000

000249

		<p>para reconstrução de imagens 3D freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler, auto inverter; capaz de pós-processamento da imagem e de medidas. Doppler Espectral com Medidas Automáticas e em tempo real, medida automática da intima média, medida automática folicular em 2 D (com possibilidade 3D);</p> <p>–Selecionáveis pelo usuário para apresentação na tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e triplex, e inversão de imagem. Possibilidade de atualização tecnológica para incorporar novos recursos de software e atualizações, sem necessidade de atualização de hardware;</p> <p>–Manual do equipamento em português. Acompanhar 01(um) transdutor convexo 2.0 – 5.0 MHz com no mínimo 128 elementos e abertura de no mínimo 50°;</p> <p>–01(um) transdutor Endocavitário 4.0 - 10MHz no mínimo 128 elementos ou cristais e 130°;</p> <p>–01 (um) transdutor linear 5.0 -14.0 MHz pelo menos 38 mm de largura alimentação elétrica compatível com o local de instalação.</p> <p>Acompanhar: Um nobreak compatível; uma impressora colorida.</p>		
--	--	---	--	--

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 09/03/2022.

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI  
Pregoeira

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço para realização do licenciamento ambiental, Registro de extração de lavra prestação de serviço ao requerimento da outorga prévia, outorga de direito de uso de água subterrânea.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
NATURALLIS CONSULTORIA LTDA	1	1	Licenciamento Ambiental cascalheiras junto ao IAT (Instituto de Água e terra), conforme resolução da Sedest 02/2020.		10,00	5.288,00
NATURALLIS CONSULTORIA LTDA	1	2	Registro de Extração de lavra junto a ANM para 6(Seis) cascalheiras, conforme Resolução da ANM 01/2018.		6,00	2.896,00
NATURALLIS CONSULTORIA LTDA	1	3	Requerimento da outorga de direito de uso de água subterrânea por meio de poço tubular profundo no SIGARHn incluso o ensaio de bombeamento contínuo de 24 h (NBR12.244). Elaboração de relatório para solicitação de outorga prévia e de direito, bem como, inserção de dados e acompanhamento do processo e tramitação em sistemas relacionados.		1,00	9.850,00

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 08/03/2022.

**ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI**

Pregoeira

Publicado por:  
Elionete Castiglioni  
Código Identificador:F288B397

### MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

#### EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

A pregoira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI, designada pela Portaria nº 30064/2021, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022 - Processo nº 68/2022

Objeto: Aquisição de Equipamento de Ultrassom para a Secretaria de Saúde

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	1	1	<p>APARELHO DE ULTRASSOM TIPO I Aparelho de ultrassom Tipo I ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA GERAL, OBSTETRICIA, E CARDIOLOGIA equipamento ecógrafo eletrônico, com plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows, interface para usuário em português/ inglês, capacidade de atualização do software independente de troca/atualização de hardware, conectividade DICOM 3.0, PC, USB, WIFI;</p> <p>- Disco rígido de mínimo de 1 Terabyte, faixa dinâmica de mínimo 280dB, capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG;</p> <p>- Capacidade para aquisição de imagens estendidas/ panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, músculo - esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia);</p> <p>- Protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets para medidas gerais (distância, ângulo, volume...);</p> <p>- Aquisição de imagem em tempo real (mínimo de 1500 frames/seg.);</p> <p>- Disponer de transdutores, com doppler em todos, com no mínimo 04 portas ativas para simultâneas para transdutores as faixas de frequência podem variar 1MHz tanto na mínima quanto na máxima para menor, podendo ser faixa maior, console com rodízios independentes, com travas em todos os rodízios, e no mínimo regulagem de altura do console de comandos, tela de matriz ativa para ajuste dos parâmetros de no mínimo 10";</p> <p>- Monitor de LCD ou LED com no mínimo de 21" com braço para ajuste de angulação e altura, definição de no mínimo 1024 x 768 com pelo menos 256 tons de cinza;</p> <p>- Equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B, 4B, Doppler/B, triplex simultâneo, dual, cine-loop Power Doppler e Power Doppler direcional e track-ball para manuseio de comandos na tela;</p> <p>- Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrução de imagens 3D freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler, auto inverter; capaz de pós-processamento da imagem e de medidas. Doppler Espectral com Medidas Automáticas e em tempo real, medida automática da íntima média, medida automática folicular em 2 D (com possibilidade 3D);</p> <p>- Seleccionáveis pelo usuário para apresentação na tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e triplex, e inversão de imagem. Possibilidade de atualização tecnológica para incorporar novos recursos de software e atualizações, sem necessidade de atualização de hardware;</p> <p>- Manual do equipamento em português. Acompanhar 01(um) transdutor convexo 2.0 - 5.0 MHz com no mínimo 128 elementos e abertura de no mínimo 50°;</p> <p>- 01(um) transdutor Endocavitário 4.0 - 10MHz no mínimo 128 elementos ou cristais e 130°;</p> <p>- 01 (um) transdutor linear 5.0 -14.0 MHz pelo menos 38 mm de largura alimentação elétrica compatível com o local de instalação.</p> <p>Acompanhar: Um nobreak compatível; uma impressora colorida.</p>		1,00	107.999,00

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 09/03/2022.

**ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI**

Pregoeira

Publicado por:  
Elionete Castiglioni  
Código Identificador:2079E8D7

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2022 - Processo nº 50/2022

OBJETO: Futura e eventual Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM.

A. G. KIENEN & CIA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	162	HUMALOG KW MIX 25 CANETA 3ML BR0276233	LILLY		AMP	150,00	40,94	6.141,00
1	288	TRIMETAZIDINA 35MG c/ 30 comp BR0382197	ACHE		CAIXA	80,00	39,21	3.136,80
TOTAL								9.277,80
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	4	ACICLOVIR 200 MG (BR0268370)	CIMED		COMP	16.000,00	0,15	2.400,00
1	31	BETAMETASONA COMPOSIÇÃO DIPROPIONATO APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM BETAMETASONAFOSFATO, DOSAGEM 5MG + 2MG, USO INJETÁVEL (BR0270590)	EUROFARMA		FRASC	10.000,00	3,00	30.000,00
1	71	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML (BR0268236) Injetável	SAMTEC		AMP	4.000,00	0,36	1.440,00
1	150	GLICOSE 25% (BR0267540) solução injetável com 10ml	SAMTEC		AMP	4.000,00	0,41	1.640,00
1	176	LANCETA MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL cx com 100 UNIDADES (BR0303151)	ADVENTIVE		CAIXA	500,00	18,99	9.495,00
1	224	PASTA DAGUA (BR0274648) COMPOSIÇÃO TALCO + GLICERINA + ÓX. ZINCO + ÁGUA DE CAL. CONCENTRAÇÃO 25% + 25% + 25% +25% - BISNAGA 100 GRAMAS			FRASC	1.000,00	4,85	4.850,00
TOTAL								49.825,00
ALFALAGOS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	241	PROPOFOL 10MG/ML ML (BR0305935) Injetável	DISHNING		AMP	2.000,00	10,90	21.800,00
TOTAL								21.800,00
ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	54	CARVEDILOL DOSAGEM 6,25MG (BR0267565)	TORRENT		COMP	60.000,00	0,09	5.400,00
1	63	CIMETIDINA 150MG/ML (BR0340167) solução injetável, ampola 2ml	HIPOFARMA		AMP	6.000,00	1,0066	6.039,60
1	69	CLOR. TETRACAINA + HEXAMIDINA 50ML BR0270472	MEDLEY		FRASC	200,00	29,2805	5.856,10
1	70	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML (BR0267162) Injetável	SAMTEC		AMP	4.000,00	0,48	1.920,00
1	99	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (BR0268252) 2ml IV/IM Solução Injetável	SANTISA		AMP	10.000,00	0,72	7.200,00
1	151	GLICOSE 50% (BR0267541) solução injetável com 10ml.	SAMTEC		AMP	4.000,00	0,66	2.640,00
1	169	IPRATROPIO BROMETO DOSAGEM ) DOSAGEM 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20ML (BR0268331)			FRASC	1.000,00	1,05	1.050,00
TOTAL								30.105,70
CENTERMEDI COM. PROD. HOSP. LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	ACEBROFILINA 10 MG/ ML XAROPE FRASCO 120 ML (BR0293892)	GENERIC		FRASC	3.000,00	4,15	12.450,00
1	5	ACIDO ACETILSALICÍLICO DOSAGEM 100 MG (BR0267502)	DORMEC		COMP	360.000,00	0,045	16.200,00
1	10	ALBENDAZOL DOSAGEM 400 MG (BR0267506)	BENZOL		COMP	3.200,00	0,27	864,00
1	21	AMOXICILINA CONCENTRAÇÃO 50MG/ML EM PO PARA SUSPENÇÃO ORAL 150ML (BR0271111)	GENERIC		FRASC	3.000,00	4,35	13.050,00
1	26	AZITROMICINA DOSAGEM 40MG/ML APRESENTAÇÃO SUSPENÇÃO ORAL 15ML (BR0268949)	AZITROPHAR		FRASC	3.000,00	4,59	13.770,00
1	52	CARVEDILOL DOSAGEM 25 MG (BR0267567)	CARBET		COMP	30.000,00	0,15	4.500,00
1	64	CINARIZINA 75 MG (BR0267629)	FLUXON		COMP	60.000,00	0,24	14.400,00
1	81	COMPLEXO B COMPRIMIDO COMPOSTO POR VIT. B1, B2, B6, B3 (TIAMINA, RIBOFLAVINA, PIRIDOXINA, NICOTINAMIDA) 7,5+0,825+2,5+12,5 MG (BR0436839)	COMPLEXO B		COMP	60.000,00	0,034	2.040,00
1	86	DEXAMETASONA DOSAGEM 0,1% APRESENTAÇÃO CREME 10 GRAMAS (BR0267643)	DEXAGREEN		TUBO	3.000,00	0,92	2.760,00
1	89	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO DOSAGEM 2MG (BR0267645)	HYSTIN		COMP	30.000,00	0,05	1.500,00
1	181	LEVONORGESTREL COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO ETINILESTRADIOL, CONCENTRAÇÃO 0,15 MG + 0,03 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM BLISTER CALENDÁRIO (BR0448804)	GESTRELAN		COMP	10.000,00	0,08	800,00
1	209	NISTATINA ÓXIDO DE ZINCO 100.000+200 UI+MG/G BISNAGA COM 60 G (BR0279297-2)	OXIDERME		TUBO	6.000,00	4,00	24.000,00



## MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: [licitacao@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - Processo nº 68/2022

OBJETO: Aquisição de Equipamento de Ultrassom para a Secretaria de Saúde.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM.

CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	<p>APARELHO DE ULTRASSOM TIPO I</p> <p>Aparelho de ultrassom Tipo I ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA GERAL, OBSTETRÍCIA, E CARDIOLOGIA equipamento ecógrafo eletrônico, com plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows, interface para usuário em português/ inglês, capacidade de atualização do software independente de troca/atualização de hardware, conectividade DICOM 3.0, PC, USB, WIFI;</p> <p>–Disco rígido de mínimo de 1 Terabyte, faixa dinâmica de mínimo 280dB, capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG;</p> <p>–Capacidade para aquisição de imagens estendidas/ panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovascular, músculo - esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia);</p> <p>–Protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets para medidas gerais (distância, ângulo, volume...);</p> <p>–Aquisição de imagem em tempo real (mínimo de 1500 frames/seg.);</p> <p>–Disponer de transdutores, com doppler em todos, com no mínimo 04 portas ativas para simultâneas para transdutores as faixas de frequência podem variar 1MHz tanto na mínima quanto na máxima para menor, podendo ser faixa maior, console com rodízios independentes, com travas em todos os rodízios, e no mínimo regulagem de altura do console de comandos, tela de matriz ativa para ajuste dos parâmetros de no mínimo 10”;</p> <p>–Monitor de LCD ou LED com no mínimo de 21” com braço para ajuste de angulação e altura, definição de no</p>			UN	1,00	107.999,00	107.999,00



**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**ESTADO DO PARANÁ**

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: [licitacao@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000

000253

	<p>mínimo 1024 x 768 com pelo menos 256 tons de cinza; –Equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, Doppler/B, triplex simultâneo, dual, cine-loop Power Doppler e Power Doppler direcional e track- ball para manuseio de comandos na tela; –Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrução de imagens 3D freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler, auto inverter; capaz de pós-processamento da imagem e de medidas. Doppler Espectral com Medidas Automáticas e em tempo real, medida automática da intima média, medida automática folicular em 2 D (com possibilidade 3D); –Selecionáveis pelo usuário para apresentação na tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e triplex, e inversão de imagem. Possibilidade de atualização tecnológica para incorporar novos recursos de software e atualizações, sem necessidade de atualização de hardware; –Manual do equipamento em português. Acompanhar 01(um) transdutor convexo 2.0 – 5.0 MHz com no mínimo 128 elementos e abertura de no mínimo 50°; –01(um) transdutor Endocavitário 4.0 - 10MHz no mínimo 128 elementos ou cristais e 130°; –01 (um) transdutor linear 5.0 -14.0 MHz pelo menos 38 mm de largura alimentação elétrica compatível com o local de instalação. Acompanhar: Um nobreak compatível; uma impressora colorida.</p>						
TOTAL							107.999,00

CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI;1;107.999,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 09/03/2022.

  
RICARDO ANTONIO ORTINA  
Prefeito Municipal

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 07/03/2022.

**RICARDO ANTONIO ORTINA**  
Prefeito Municipal**Publicado por:**  
Elionete Castiglioni  
**Código Identificador:**8ADFA8FC**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022 - Processo nº 68/2022

OBJETO: Aquisição de Equipamento de Ultrassom para a Secretaria de Saúde.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM.

CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	<p>APARELHO DE ULTRASSOM TIPO I Aparelho de ultrassom Tipo I</p> <p>ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA GERAL, OBSTETRICIA, E CARDIOLOGIA equipamento ecógrafo eletrônico, com plataforma digital de alta resolução, sistema operacional Windows, interface para usuário em português/ inglês, capacidade de atualização do software independente de troca/atualização de hardware, conectividade DICOM 3.0, PC, USB, WIFI;</p> <p>-Disco rígido de mínimo de 1 Terabyte, faixa dinâmica de mínimo 280dB, capacidade de gravação de imagens em formato AVI, JPEG e MPEG;</p> <p>-Capacidade para aquisição de imagens estendidas/ panorâmicas, processamento de imagens 2D em frequência fundamental e harmônica, pacotes completos de cálculos obstétricos, ginecológicos, abdominal geral, pediátricos, urológicos, cerebrovasculares, músculo - esquelético, pequenas partes, mamária, vasculares e cardíaco, plataforma para intervenção (biópsia);</p> <p>-Protocolos de fábrica com possibilidade de personalização, presets para medidas gerais (distância, ângulo, volume...);</p> <p>-Aquisição de imagem em tempo real (mínimo de 1500 frames/seg.);</p> <p>-Disponer de transdutores, com doppler em todos, com no mínimo 04 portas ativas para simultâneas para transdutores as faixas de frequência podem variar 1MHz tanto na mínima quanto na máxima para menor, podendo ser faixa maior, console com rodízios independentes, com travas em todos os rodízios, e no mínimo regulagem de altura do console de comandos, tela de matriz ativa para ajuste dos parâmetros de no mínimo 10";</p> <p>-Monitor de LCD ou LED com no mínimo de 21" com braço para ajuste de angulação e altura, definição de no mínimo 1024 x 768 com pelo menos 256 tons de cinza;</p> <p>-Equipados com modos B, M, Doppler (em cores, espectral e Power Doppler), dual B/B, M/B,4B, Doppler/B, triplex simultâneo, dual, cine-loop Power Doppler e Power Doppler direcional e track-ball para manuseio de comandos na tela;</p> <p>-Software integrado ao equipamento, de alta velocidade para reconstrução de imagens 3D freehand adquiridas em Modo B e Doppler Colorido ou Power Doppler, auto inverter; capaz de pós-processamento da imagem e de medidas. Doppler Espectral com Medidas Automáticas e em tempo real, medida automática da íntima média, medida automática folicular em 2 D (com possibilidade 3D);</p> <p>-Selecionáveis pelo usuário para apresentação na tela. Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e triplex, e inversão de imagem. Possibilidade de atualização tecnológica para incorporar novos recursos de software e atualizações, sem necessidade de atualização de hardware;</p> <p>-Manual do equipamento em português. Acompanhar 01(um) transdutor convexo 2.0 – 5.0 MHz com no mínimo 128 elementos e abertura de no mínimo 50°;</p> <p>-01(um) transdutor Endocavitário 4.0 - 10MHz no mínimo 128 elementos ou cristais e 130°;</p> <p>-01 (um) transdutor linear 5.0 -14.0 MHz pelo menos 38 mm de largura alimentação elétrica compatível com o local de instalação. Acompanhar: Um nobreak compatível; uma impressora colorida.</p>			UN	1,00	107.999,00	107.999,00
TOTAL								107.999,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 09/03/2022.

**RICARDO ANTONIO ORTINA**  
Prefeito Municipal**Publicado por:**  
Elionete Castiglioni  
**Código Identificador:**86DF7BF4

