



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

Telefone: (46) 35638000

DECLARAÇÃO DE RECUSA DE ITEM

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Saúde.

ASSUNTO: Desclassificação da proposta referente ao item 1, do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº 047/2023 em andamento.

DECLARAÇÃO: Para os fins que se fizerem necessários, **DECLARO** ter realizado a avaliação e conferência da proposta do item, “*ALTA ROTAÇÃO. Conexão: Borden (2 furos), rotação: 290.000 a 420.000 rpm, pressão de trabalho (bar): 2,1 bar = 210 kPa = 30,4 psi ± 5 %, consumo de ar: 34 l/min. ± 10 %, consumo de água refrigeração: 50 mL/min. ± 10%, classificação do produto segundo a ANVISA: classe de risco II (médio risco) rolamento: Com esferas cerâmicas, ruído: ≤70 dB, material do corpo: Alumínio e Metal Duro. Refrigeração: Spray Triplo Ventilado, com sistema push button para fixação da broca. Grau de proteção contra penetração de líquidos: IPX1*”, sendo que a proposta apresentada pela Empresa IDM Soluções Publicas LTDA não atende as especificações constante em Edital, com referencia ao nível de ruído e ao Grau de proteção contra penetração de liquido,(solicitado IPX1).

Santo Antônio do Sudoeste, 29 de Agosto de 2023.

DAIANE RONISE SERAFINI

Coordenadora da Saúde Bucal