



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

Telefone: (46) 35638000

DECLARAÇÃO DE RECUSA DE ITEM

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Saúde.

ASSUNTO: Desclassificação da proposta referente ao item 14, do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº 047/2023 em andamento.

DECLARAÇÃO: Para os fins que se fizerem necessários, **DECLARO** ter realizado a avaliação e conferência da proposta do item, “*CONTRA ÂNGULO INTRA MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.*”, sendo que a proposta apresentada pela Empresa Betaniamed Comercio EIRELI EPP não atende as especificações constante em Edital, com referência ao velocidade solicitada de 3.000 RPM a 20.000 RPM além de não apresentar as demais especificações solicitadas.

Santo Antônio do Sudoeste, 29 de Agosto de 2023.

DAIANE RONISE SERAFINI

Coordenadora da Saúde Bucal